

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES – QUADRO SAÚDE

Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva

Cargo: B10 - Farmacêutico 30h

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
37 - X / 38 - Y / 47 - Z	A afirmativa em questão declara que o controle de qualidade, sempre é feito através de algum tipo de análise ou medição. O controle de qualidade não se resume à operação laboratorial. Tendo como base a Resolução nº 17, de 16 de abril de 2010, pode ser exemplificada a organização e a documentação, que é uma análise a ser feita a garantir a qualidade do produto e ou processo. Não foi dito na questão que se trata de uma análise química.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
38 - X / 41 - Y / 34 - Z	Em resposta ao recurso interposto temos a esclarecer que a questão tem como temática radiofármacos, incluída no conteúdo programático do referido edital: Novos sistemas farmacêuticos.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
42 - X / 32 - Y / 43 - Z	Analíticas – são balanças de extrema precisão, destinadas à medição de massas sob condições ambientais específicas onde todas as condições de medição são controladas: ventilação, umidade, estabilidade de rede elétrica, vibração. São balanças que normalmente medem quantidades muito pequenas de massas. Possui um detalhamento ainda maior, chegando a 0,0001g, OU SEJA , 4 CASAS DECIMAIS . Semianalíticas – são balanças de precisão, porém, menor do que as analíticas. Normalmente esse tipo de balança tem 3 casas decimais (0,001g) de precisão, ao contrário das analíticas que possuem 4 ou mais casas decimais. De precisão – são balanças com boa precisão,	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES – QUADRO SAÚDE

Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva

	<p>normalmente tem 2 casas decimais. São menos precisas do que as balanças analíticas. Possui uma capacidade líquida de pesagem maior do que as balanças analíticas na maioria dos casos. Isso significa que este tipo de balança mede maior quantidade de massa do que as balanças analíticas, porém com menor precisão.</p> <p>Industriais – são balanças destinadas à medição de cargas muito pesadas, tais como balanças em linha de produção.</p> <p>Rodoviárias – são balanças destinadas à medição da massa de veículos em trânsito, tais como aquelas encontradas nos postos da Polícia Rodoviária. São balanças feitas para medir grandes quantidades de massas.</p>		
44 - X / 36 - Y / 37 - Z	<p>A referida questão faz menção ao fármaco antipsicótico atípico ou de segunda geração que provem do antagonismo D2 que tem metabolismo induzido por FENITOÍNA. A Clozapina - Antipsicóticos atípicos ou de segunda geração - metabolismo NÃO induzido por fenitoína. Já a Quetiapina - Antipsicóticos atípicos ou de segunda geração - metabolismo induzido por fenitoína.</p> <p>Dados esses baseados nas referências:GOODMAN & GILMAN. As bases farmacológicas da terapêutica. 11 ed.. Rio de Janeiro: McGraw-Hill-Interamericana Editores S.A., 2010. KATZUNG, B.G. Farmacologia Básica e Clínica. 13 ed.. Rio de Janeiro: Guabanara.</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
47 - X / 45 - Y / 32 - Z	<p>De acordo com GOODMAN & GILMAN. As bases farmacológicas da terapêutica. 11 ed.. Rio de Janeiro: McGraw-Hill-Interamericana Editores S.A., 2010. E KATZUNG, B.G. Farmacologia Básica e Clínica. 13 ed.. Rio de Janeiro:</p>	DEFERIDO	ANULADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES – QUADRO SAÚDE
Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva

Página 3 de 3

Guabanara, e em resposta ao recurso interposto para esta questão temos a esclarecer que a Cloroquina também é um princípio ativo antimalárico, desta maneira, a banca defere os recursos interpostos.		
---	--	--